

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá mua sắm tài sản, thiết bị thuộc Dự toán: Mua sắm tài sản, trang thiết bị Y tế tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ 350/QĐ-BVTT ngày 17 tháng 7 năm 2025 phê duyệt cấu hình và thông số kỹ thuật gói thầu Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện năm 2025.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức

- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, Xã Phúc Sơn, Thành Phố Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Ông : Nguyễn Minh Hiếu

Chức vụ : Trưởng phòng KHTH

Số điện thoại : 0985162808

Địa chỉ mail: bsnguyenminhhieu@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận bản cứng (có đóng dấu) báo giá gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ : Phòng KHTH – Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức; thôn Phù Yên, Xã Phúc Sơn, Thành phố Hà Nội

- Hoặc nhận bản scan màu qua Email: bvttmyduchanoi@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 18 tháng 7 năm 2025 đến trước 17 h00 ngày 28 tháng 7 năm 2025. Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của bệnh viện và Website của Trung tâm Thông tin y tế Quốc Gia.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Yêu cầu báo giá:

- Về giá : Giá theo thị trường đã bao gồm thuế VAT.

- Báo giá có hiệu lực: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày phát hành

- Về khối lượng, chất lượng: Nhà thầu đáp ứng đủ khối lượng, chất lượng theo yêu cầu của Bệnh viện.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế, địa điểm lắp đặt bàn giao theo danh mục tại Phụ lục số 01 đính kèm.

STT	Tên hàng hoá	Địa điểm dự án	Địa điểm lắp đặt, bàn giao, chuyển giao công nghệ	Ghi chú
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng(ống mềm) (01 hệ thống)	Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức	Khoa khám bệnh	
2	Máy giặt công nghiệp >= 35 kg (01 máy)	Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức	Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn	

2. Cấu hình và yêu cầu kỹ thuật Tài sản, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức năm 2025

2.1. Hệ thống nội soi tai mũi họng (ống mềm)

TT	CẤU HÌNH VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT MỜI THẦU
I.	YÊU CẦU CHUNG
	-Số lượng: 01 bộ
	- Năm sản xuất: năm 2025 trở đi, mới 100%
	- Đáp ứng tiêu chuẩn QL chất lượng ISO 13485, hoặc EC hoặc tương đương
	-Điện áp cung cấp: 220 VAC, 50 Hz
	-Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa tới $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa tới $\geq 75\%$
	Nhóm các nền kinh tế lớn G7
II	Yêu cầu cấu hình:
1	Hệ thống máy nội soi tai mũi họng ống cứng, ống mềm : 01 Hệ thống
	-Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
	-Bộ xử lý hình ảnh kèm camera: 01 bộ hoặc Bộ xử lý hình ảnh : 01 + Camera nội soi tai mũi họng: 01
	-Bộ nguồn sáng tích hợp : 01 Bộ hoặc Nguồn sáng LED + Dây dẫn sáng: 01 Bộ
	Adapter chuyển tín hiệu hình ảnh (HDMI) sang máy vi tính: 01 bộ

	Bộ máy tính, máy in: 01
	Phần mềm trả kết quả: 01 bộ
	Ống nội soi TMH (ống cứng): 01 cái
	Ống nội soi TMH (ống mềm): 01 cái
	Bộ màn hình chuyên dụng cho nội soi TMH : 01 bộ
	Công tắc bàn đạp chân gắn USB: 01 cái
	Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái
	Bộ lưu điện: 01 bộ
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ
III	Yêu cầu kỹ thuật
	Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng hoặc Bộ xử lý hình ảnh + nguồn sáng+ Dây dẫn sáng
	Camera: Cảm biến: $\leq 1/3"$, loại CMOS hoặc Đầu camera: Loại C-Mount, đầu nổi nhanh
	Độ phân giải: 1920 x 1080p, 60fps
	Ngõ ra tín hiệu kỹ thuật số: HDMI, DVI, SDI, CVBS
	Chế độ điều chỉnh tích hợp trên đầu camera: cân bằng trắng, độ sáng, hình ảnh (dừng hình, lưu ảnh)
	Có nút chụp và ghi hình trên đầu camera
	Có cổng USB để lưu trữ video và hình ảnh trên máy chính
	Ống nội soi tai mũi họng ống mềm
	Đường kính: $\leq \phi 3.4$ mm
	Nguồn sáng LED tích hợp vào đầu ống soi
	Góc uốn cong: lên $\geq 130^\circ$, xuống $\geq 130^\circ$
	Góc nhìn: $\geq 90^\circ$
	Chiều dài làm việc 30 cm $\pm \leq 5$ cm
	Ống nội soi tai mũi họng ống cứng
	Đường kính ống soi: $\leq \phi 4.0$ mm
	Chiều dài làm việc: 175mm
	Góc soi: 0°
	Cấu hình các thiết bị, phụ kiện khác kèm theo:
	Màn hình hiển thị hình ảnh nội soi:
	Màn hình LCD Full HD
	Kích thước: $\geq 24"$
	Độ phân giải: Full HD (1920x1080),

	Bề mặt kính: Kính bảo vệ, chống loá, chống vân
	Độ sáng tối đa: ≥ 300 cd/m ²
	Đầu vào: HDMI, DVI, SDI hoặc tương đương
	Tương phản: $\geq 1000:1$
	Máy vi tính:
	Bộ vi xử lý: tốc độ 3.6 GHz, 4 nhân hoặc cao hơn
	RAM: ≥ 4 GB
	Ổ cứng: SSD ≥ 500 Gb
	Bộ lưu điện online: ≥ 1.200 KVA
	Máy in phun màu
	Xe đẩy chuyên dụng: 4 bánh xe, có phanh hãm
	Công tác bàn đạp chân gắn vào cổng USB: có
	Adapter chuyển tín hiệu hình ảnh (HDMI) sang máy vi tính (Endodigi):
	Tính năng:
	Hiển thị video theo thời gian thực, chất lượng HD và SD
	Cơ sở dữ liệu bệnh nhân có thể lọc tìm được
	Sắp xếp video và hình ảnh theo lần thăm khám Có thể thu âm
	Có thể tùy biến bản in kết quả khám bệnh Có thể thêm chữ vào ảnh Có thể xuất ra định dạng JPG, PDF và WMV
	Tích hợp phần mềm tự backup dữ liệu Có thể nhập ảnh từ lần khám khác vào cơ sở dữ liệu
	Khả năng lưu trữ cực lớn, tùy theo dung lượng ổ cứng lắp vào máy vi tính
	Hoạt động với mọi độ phân giải màn hình và có chế độ toàn màn hình
	Có danh sách các bệnh lý có sẵn Hỗ trợ y học từ xa
	Khả năng lưu và sắp xếp dữ liệu theo tên bệnh nhân, ngày khám hoặc lượt khám.
	Có thể xem lại video ở tốc độ chậm, xem từng khung hình một Có thể so sánh 2 hình ảnh hoặc 2 video cạnh nhau
	Có thể chia sẻ hình ảnh thông qua email hoặc qua đám mây Endodigi Cloud (tùy chọn). Có thể truy nhập phần mềm này từ xa.

2.2 Máy giặt vắt công nghiệp ≥ 35 kg

TT	CẤU HÌNH VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT LỰA CHỌN
----	---------------------------------------

I.	YÊU CẦU CHUNG
	-Số lượng: 01 bộ
	-Năm sản xuất: năm 2025 trở đi, mới 100%
	-Máy chính Đáp ứng tiêu chuẩn QL chất lượng ISO 13485, hoặc EC hoặc tương đương
	- Điện áp cung cấp: 380V/3 pha/50Hz
	Xuất xứ Liên minh châu âu (EU)
II	Yêu cầu cấu hình:
	Máy chính: 01 bộ
	Phụ kiện tiêu chuẩn đủ để lắp đặt vận hành máy hoàn thiện (bao gồm cả cấp , thoát nước, nguồn điện) : 01 bộ
	Xe đẩy đồ vải: 01 cái
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 Bộ
III	Yêu cầu kỹ thuật
1	Máy giặt
	Công suất giặt: từ 35 kg đến ≥ 39 kg
	Thể tích lồng giặt: ≥ 350 L
	Đường kính lồng giặt: ≥ 850 mm
	Độ sâu lồng giặt: ≥ 600 mm
	Tốc độ giặt / vắt: $\geq 45/\geq 600$ vòng/phút
	-Lực vắt: ≥ 200 G.
	Độ ồn: ≤ 70 dB
	Đường kính cửa: ≥ 560 mm
	Công suất tiêu thụ điện: - Công suất động cơ: ≥ 4 kW - Công suất điện trở gia nhiệt: ≤ 21 kW
	Lượng tiêu thụ nước tối đa: ≤ 190 L/ mẻ

	-Bộ vi xử lý có khả năng cài đặt chương trình giặt, Có ≥ 20 chương trình cài sẵn.
	Điều khiển hệ thống:
	Màn hình cảm ứng $\geq 7''$ dễ sử dụng, lập trình đầy đủ
	Kết nối USB: hỗ trợ lập trình, truy xuất dữ liệu
	Ngôn ngữ: Hỗ trợ ≥ 30 ngôn ngữ
	Chức năng: - Tích hợp 8 tín hiệu cấp hóa chất tiêu chuẩn - Tối ưu hóa tải giặt - Chức năng tiết kiệm năng lượng - Kết nối kỹ thuật số từ xa - Dễ dàng mở/đóng cửa với hệ thống hỗ trợ - Bảng điều khiển dạng mở, dễ tiếp cận sửa chữa - Truy xuất lỗi và dữ liệu kỹ thuật - Vỏ máy và lồng giặt bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương. - ≥ 3 đường cấp nước
2	Xe chở đồ vải, bánh D125
	Thông số kỹ thuật chi tiết
	Cấu hình đồng bộ
	- Xe chính: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ
	Đặc tính kỹ thuật
	Kích thước (mm): - Tổng thể: D1150 x R600 x C900 mm $\pm \leq 5\%$ - Khung sử dụng: D1000 x R600 mm $\pm \leq 5\%$
	Kết cấu chung: - Xe kết cấu hàn liền chắc chắn - Có 01 tay đẩy uốn ngả liền khung đứng - Bốn phía khung chịu lực bằng ống inox $\phi 25$ mm; nan đứng $\phi 12$ mm - Sàn xe bằng inox tấm dập gân, gập liền trên máy thủy lực; viền gia cố bằng inox hộp, có thanh giằng cứng dưới đáy

	- 04 bánh xe (02 cố định, 02 xoay), chịu lực tốt - Toàn bộ bề mặt inox đánh bóng đạt độ bóng BA
	Vật liệu: - Toàn bộ dùng inox không gỉ SUS 201 hoặc tương đương - Khung, tay đẩy: ống inox $\phi 25 \times 1\text{mm}$ - Nan đứng: inox $\phi 12 \times 0,8\text{mm}$ - Sàn xe: inox tấm dày 0,8-1mm - Bánh xe: cao su đặc $\phi 125\text{mm}$, trục thép mạ

Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức rất mong nhận được báo giá của các hãng sản xuất, Nhà cung cấp Trang thiết bị y tế.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website bệnh viện;
- Trung tâm thông tin y tế quốc gia
- Lưu : VT, HĐMS



GIÁM ĐỐC

Cao Xuân Trường